

Yên Dũng, ngày tháng 8 năm 2024

Số: /TTYT-KD-VT,TBYT
V/v yêu cầu báo giá Vật tư, trang thiết
bị phục vụ khám nghĩa vụ quân sự

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Biên bản Hội đồng khoa học ngày 28/8/2024 về việc thống nhất kế hoạch, nhu cầu, danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật Vật tư, trang thiết bị mua sắm phục vụ công tác chuyên môn và khám nghĩa vụ quân sự của Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng;

Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán gói thầu: “Mua vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh và khám nghĩa vụ quân sự năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Ông Trần Văn Toàn

- Chức vụ: Trưởng Khoa Dược-vật tư, TBYT.

- Số điện thoại: 0982.496.884

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Khoa Dược, vật tư – TBYT thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng – Tổ dân phố 5, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

- Nhận qua email: ttyt_yendung@bacgiang.gov.vn và toand3b@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: **từ thời điểm đăng tải đến trước 8h ngày 09 tháng 9 năm 2024.**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **100 ngày**.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Trang thiết bị y tế đề nghị báo giá như sau:

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	MÁY ĐO KHÚC XẠ VÀ ĐỘ CONG GIÁC MẠC	<p>I. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy sản xuất 2023 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 hoặc tương đương - Thích hợp với khí hậu Việt Nam <p>II. Yêu cầu cấu hình tối thiểu</p> <p>Máy đo khúc xạ kèm phụ kiện, tối thiểu bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 chiếc - Máy in tích hợp trong máy chính: 01 chiếc - Cáp nguồn: 01 chiếc - Giấy in: 01 cuộn - Cầu chì: 01 cái - Khăn che bụi: 01 cái - Giấy gài tỳ cầm: 01 tập - Bàn đặt máy điều khiển điện: 01 chiếc - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ <p>III. Yêu cầu kỹ thuật</p> <p>1. Tính năng sử dụng:</p> <p>Thiết bị có khả năng đo các thông số sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Công suất khúc xạ + Độ cong giác mạc <p>2. Thông số kỹ thuật chi tiết</p> <ul style="list-style-type: none"> + Khoảng đo cầu từ $\leq -25D$ đến $\geq + 22D$ + Khoảng đo trụ từ $0D$ đến $\pm \geq 10D$ + Đường kính đồng tử tối thiểu thiết bị đo được $\leq 2mm$ + Khoảng đo bán kính cong giác mạc từ $\leq 5mm$ đến $\geq 10mm$ + Khoảng đo công suất giác mạc từ $\leq 33.75D$ đến $\geq 67.5D$ + Khoảng đo công suất loạn thị giác mạc từ $0D$ đến $\pm \geq 10D$ + Khoảng đo khoảng cách đồng tử tối đa đến $\geq 85mm$ + Công suất tiêu thụ $\leq 100VA$ + Thiết bị có màn hình có thể xoay hoặc vặn tới ≥ 30 độ để linh hoạt phù hợp với các bệnh nhân khác nhau. + Cổng kết nối tối thiểu phải có: RS-232C 	01	Chiếc

		<p>IV. Yêu cầu khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 24 - 48 giờ - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu 2 năm. 		
2	BẢNG THỬ THỊ LỰC ĐIỆN TỬ	<p>I. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V($\pm 10\%$), 50 Hz <p>II. Yêu cầu cấu hình tối thiểu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 chiếc - Điều khiển từ xa: 01 chiếc - Bạt phủ bụi: 01 chiếc - Dây điện: 01 chiếc - Pin: 01 bộ - Giá treo tường: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ <p>III. Yêu cầu kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khoảng test: ≥ 2.0 - Có thể cài chạy hình video full HD - Có thể tùy chỉnh cài đặt hình ảnh và slide theo ý muốn ≥ 38 slide - Khoảng cách thử từ ≤ 1.0 đến $\geq 6.0m$ - Các loại bảng thử: Vòng Landolt, Số, Chữ cái, Snellen, Hình, tách dòng (ngang, dọc, kí tự đơn), bảng xanh/đỏ hoặc bảng phân cực, bảng thử mù màu, bảng Amsler - Số bảng chương trình: ≥ 40 bảng - Hiển thị: Màn hình LCD ≥ 23 inch, độ phân giải 1920 x 1080. - Cổng giao tiếp: có dây qua cổng RS-232 hoặc không dây qua bluetooth - Lưu trữ dữ liệu: Thẻ nhớ Micro SD ($\geq 8Gb$) - Định dạng video: AVI, MPEG, MP4, MKV <p>IV. Yêu cầu khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 24 - 48 giờ - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện 	01	Chiếc

		thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu 2 năm.		
3	HỘP KÍNH THỦ THỊ LỰC	<p>I. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100% - Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương <p>II. Yêu cầu cấu hình tối thiểu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ kính thử thị lực: 01 bộ <p>III. Yêu cầu kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ kính thử thị lực mắt: Gồm ≥ 100 mắt kính các loại - Các mắt kính được viền bằng kim loại hoặc tương đương. - Gọng kính có thể điều chỉnh được - Phụ kiện ≥ 14 chiếc <p>IV. Yêu cầu khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu 2 năm. - Chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật - Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt - Vật tư, phụ kiện, lắp đặt đồng bộ đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. 	01	Chiếc

4	BẢNG THỬ THỊ LỰC THƯỜNG	<p>I. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%) <p>II. Yêu cầu cấu hình tối thiểu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảng thử thị lực chữ C: 01 cái <p>III. Yêu cầu kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khoảng cách đọc: $\geq 5m$ - Bảng chữ - Kích thước $\geq 29cm \times 79cm$ - Có dimmer điều chỉnh độ sáng - Lỗ treo tường - Dây nguồn: $\geq 1m8$ - Vỏ đèn bằng inox <p>IV. Yêu cầu khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu 	18	Chiếc
5	MÁY ĐO HUYẾT ÁP CƠ	<p>I. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau <p>II. Yêu cầu cấu hình tối thiểu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng hồ đo khí: 01 cái - Bóp cao su: 01 quả - Van khí 1 chiều: 01 cái - Bao vải quấn tay: 01 cái - Bao cao su chứa khí: 01 cái <p>III. Yêu cầu kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đo huyết áp người lớn và trẻ em - Đồng hồ đo khí có dải từ $\leq 20 - \geq 300$ mmHg <p>IV. Yêu cầu khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu - Máy đo huyết áp được hiệu chỉnh và kiểm định bởi cơ quan đủ điều kiện thẩm định trước khi bàn giao. 	18	Chiếc

2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, nghiệm thu tại Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng – Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng – Tổ dân phố 5, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Việc thanh toán cho Nhà thầu bằng chuyển khoản, số lần thanh toán là nhiều lần khi hoàn thành việc giao hàng từng lần theo dự trù của Chủ đầu tư.

- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 90 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế.

5. Các thông tin khác:

- Tài liệu có liên quan về hàng hóa báo giá (nếu có) gồm:

+ Giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa;

+ Hợp đồng cung cấp hàng hóa chào giá trong thời gian không quá 90 ngày tính đến thời điểm báo giá (nếu có);

Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm báo giá./.

Nơi nhận:

- Công TT đơn vị;

- Lưu: VT, KD, HSĐT.

GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Tuấn

MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, chúng tôi... [*ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh*] báo giá cho các vật tư, sinh phẩm y tế như sau:

1. Báo giá cho vật tư, hóa chất:

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất, Xuất xứ	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Đơn vị tính	Số lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
Tổng giá trị thành tiền										
Bảng chữ:										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu **100 ngày**, kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2024

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))